

UOC Radiologia Mestre

Esami RM in Pazienti con IUD

Si avvertono le Pazienti portatrici di dispositivi intrauterini (IUD – spirale) che tali presidi, qualora sottoposti all'azione di un campo magnetico elevato come quello di una macchina di Risonanza Magnetica presente in questa Radiologia, possono essere soggetti a piccoli movimenti e parziali dislocazioni.

Per tale motivo, affinché non venga meno l'efficacia dei dispositivi stessi, è opportuno che una volta che sia stata eseguita l'indagine RM la Paziente si sottoponga ad una visita di controllo ginecologica, atta ad escludere eventuali malposizionamenti o dislocazioni dei medesimi.

Nel caso la Paziente sia portatrice di dispositivo intrauterino (IUD) dovrà riportare questo modulo con firma di presa visione e consegnarlo al Personale addetto al momento dell'indagine.

Il Personale della Diagnostica di RM è a disposizione subito prima dell'esecuzione dell'indagine per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

PRIVACY INFORMATIVA (AI SENSI DEL D. LGS. 30.12.2003, n. 196)

Tutte le informazioni raccolte, e in particolare le informazioni personali, sono tutelate dal D. Lgs. 196/2003 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

La ringraziamo per l'attenzione avuta nel leggere queste note e La preghiamo di datare e firmare il presente modulo per accettazione.

Paziente Sig./ra _____

Firma _____

Mestre, ____/____/____